

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ №17

итогов по закупкам изделий медицинского назначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

КГП «Областной противотуберкулезный диспансер» УЗКО г. Караганда ул.Санаторная 22

25.08.2020 г.
12:30 часов

1. Организатор, заказчик тендера: КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее – ОЦФ)

Адрес местонахождения: г.Караганда ул.Санаторная 22.

2. Законодательное регулирование: руководствуясь Главой 9, параграфа 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объема медицинской помощи» (далее - Правила).

3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении вскрытия конвертов размещена на официальном сайте: Ftiziatria.kz.

4. Состав конкурсной комиссии:

1	Исмаилов К.О.	Директор КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО, председатель тендерной комиссии
2	Шаймерденова А.К.	Заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО, заместитель председателя тендерной комиссии
Члены комиссии:		
1	Пирманова С.У.	Главный бухгалтер КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО
2	Кутулуцкая Т.В.	Заведующая лабораторией КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО
3	Агибаев А.С.	Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО
4	Рязанец Д.А.	Заведующий отдела лекарственного обеспечения, клинический фармаколог КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО
5	Шайхлесова А. О.	Координатор по эпидемиологическому и инфекционному контролю КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО
6	Акпанбаева Г.М.	Главная медсестра КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО

На заседании конкурсной комиссии присутствуют все члены конкурсной комиссии (кворум имеется).

Секретарь комиссии:

1. Толеубаева Д.Д. – специалист по государственным закупкам.

5. Лоты :

ЛО Т №	ИМН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Цена	Потребность
1	2	3	4	5	6
1	Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови	1. Общая характеристика: Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови предназначен для экспресс-диагностики критических состояний 1 шт. 2. Технические характеристики: Количество измеряемых параметров Не менее 9: cK⁺, cNa⁺, ciCa⁺⁺, cCl⁻, Hct, pH, pO₂, pCO₂ Диапазон измеряемых параметров: pH 6,00 – 8,00 pCO₂ 0 – 150 мм.рт.ст pO₂ 0 – 760 мм.рт.ст ciCa⁺⁺ 0,00 – 5,00 ммоль/л cCl⁻ 0 – 250 ммоль/л cNa⁺ 0 – 210 ммоль/л cK⁺ 0,0 – 20,0 ммоль/л Glu 0.0 – 75.0 ммоль/л Hct 0 – 85 % Количество расчетных параметров Не менее 17 Единоновременно измеряемые параметры одной кассетой или картриджем не менее pH, pO₂, pCO₂, K, Na, iCa, Cl, Hct Срок годности кассет и реагентов после установки в анализатор Не менее 60 дней Срок хранения кассет и блоков растворов Не менее 60 дней Объем пробы (все параметры):– из шприца Не более 70 мкл – из капилляра Не более 70 мкл Измерение параметров В цельной крови, в других биологических средах (диализат, спинномозговая жидкость) Забор образца пробы Автоматический Детекция пузырьков воздуха при заборе крови и ловушка для микротромбов Наличие Экономный режим Stand-by Наличие Показатель стабильности системы – редкие калибровки по двум точкам Стандартный режим калибровки по двум точкам – 1 раз в 8 ч	комплект	7 979927,00	1

		Хранение расходных материалов При комнатной температуре Источник бесперебойного питания (аккумуляторная батарея) Встроенный Возможность измерения при работе от батареи Да, при полном заряде до 10 измерений Компьютерное обеспечение Процессор 400MHz ETX, 128MB EDO-RAM, системная память 1 GB, Цветной сенсорный экран VGA TFT 800x600, Операционная система Windows XP Embedded, встроенный сканнер штрих-кодов, последовательный порт RS232, Ethernet порт RJ45, два порта USB 1.1, PS2 для клавиатуры, PS2 для мыши на основе Windows XP Программное обеспечение На русском языке Видео-подсказки по всем процедурам С голосовым сопровождением на русском языке Принтер Встроенный Хранение в памяти анализатора Не менее 500 результатов анализов, не менее 500 калибровок по двум точкам, не менее 500 результатов контроля качества, не менее 1500 событий Возможность записывать информацию на флэш-карту Наличие Ручка для переноски Наличие Вес Не более 8,5 кг 3. Комплект поставки: Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови 1 шт. 4. Комплект документации РУ МЗ РК на анализатор, Инструкция пользователя на казахском и русском языках 5. Обучение медицинского персонала На рабочем месте 6. Гарантийный период на прибор 12 месяцев Расходный материал к Анализатору кислотно-щелочного и газового состава крови 1 Сенсорная кассета на 25 тестов/60 дней полная панель (945-774) Измерительный блок-сенсорная кассета на 25 измерений к анализатору газов крови ABL80 1 2 Калибровочный блок для ABL 80 Basic (944-309) Калибровочный блок к анализатору газов крови ABL80 1 3 Бумага для принтера (упаковка 6 рул.)(984-077) Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL77/80, 6 рулонов/упак. Ширина 78 мм, внешний диаметр 50 мм 1			
--	--	---	--	--	--

		4 Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 1 (30 ампул) (944-053) Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. 1 5 Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 2 (30 ампул) (944-054) Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – норма. 1 6 Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 3 (30 ампул) (944-055) Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. 1 7 Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 4 (30 ампул) (944-056) Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. 1 8 Шприцы PICO50 (артериальные, без иглы, 2 mL) (956-552) В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 ME (международных единиц), сбалансированный по электролитам, нанесенный на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. Артериальные, без иглы, объем 2 мл. 1 Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:		
--	--	---	--	--

		Оборудование должно быть новым. Оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения Республики Казахстан Пуско-наладка, монтаж и установка оборудования в ЛПУ, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, выдача ведомости замеров, доставка до места назначения (г. Караганда ул. Санаторная 22), входит в стоимость оборудования. Паспорт на оборудование (приложить к конкурсной документации) Руководство по эксплуатации (инструкция пользователя) оборудования на русском языке и казахском языке (приложить к конкурсной документации) ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, должны проводится в лечебном учреждении без остановки лечебного процесса, срок исполнения до (60 дней после подписания договора) 2020 года. Гарантийное обслуживание оборудования не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			
--	--	---	--	--	--

2	Монитор пациента	Монитор обеспечивает измерение следующих физиологических параметров пациентов: Электрокардиограмма (ЭКГ), частота сердечных сокращений (ЧСС) – наличие. Неинвазивное артериальное давление (НИАД) – наличие. Пневмограмма/респирограмма (ПГ) и частота дыхания (ЧД) – наличие. Температура (Т) - наличие. Пульсоксиметрия SpO₂, частота пульса (ЧП) – наличие. ИАД (инвазивное артериальное давление) – наличие. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА – наличие. • Отведения ЭКГ – наличие. С 3-электродным кабелем – съем одного из трех отведений I, II, III – наличие. С 5-электродным кабелем - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V – наличие. С 10-электродным кабелем - одновременный съем 12-ти отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Диапазон входных сигналов - от 0,03 мВ до 10 мВ. Чувствительность - 1,125; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО Скорость развертки ЭКГ - 6,25, 12,5; 25; 50 мм/с. Фильтры сигнала ЭКГ: Диагностический – наличие. Мониторирования – наличие. Хирургический - наличие Полоса пропускания Диагностика: 0,05-150 Гц. Мониторинг: 0,5-40 Гц. Хирургия: 1-20 Гц. Коэффициент ослабления синфазных помех - не менее 105 дБ. Входное сопротивление - не менее 5 Мом. Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электродов - +/- 500 мВ. ЧСС - Наличие Диапазон измерения. Взрослые: 15-300 уд/мин. Дети/новорожденные: 15-350 уд/мин. Точность +/- 1 уд/мин. Разрешение - 1 уд/мин. Базовый анализ ритма сердца – наличие. Измерение смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям ЭКГ – наличие. Диапазон измерения смещения ST сегмента - +/- 2 мВ. Точность +/- 0,02 мВ или 10%. Разрешение - 0,01 мВ. Защита от дефибрилляции и электроинструментов – наличие. Индикация обрыва электродов – наличие. Анализ и классификация аритмий - не менее 16 типов. ПНЕВМОГРАММА И ЧД - наличие Способ измерения – импедансный. Отведения для измерения - I или II. Амплитуда, x0,25,	комплект	3 500 000	2
---	------------------	---	----------	-----------	---

x0,5, x1, x2, x4, x5. Скорость развертки пневмограммы - 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с. Полоса пропускания - 0,2 - 2,5 Гц. Диапазон измерения ЧД - Взрослые: 0-120 дых/мин. Дети/новорожденные: 0-150 дых/мин. Разрешение 1 дых/мин. Точность ± 2 дых/мин. Задержка сигнала тревоги по АПНОЭ - 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сек. НИАД - наличие
 Способ измерения - осциллометрический. Режим - Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме - 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. Непрерывный 5 мин, интервал 5 сек. Тип измерения - наличие. Измерение систолического, диастолического, среднего АД и ЧП - наличие. Диапазон измерения
 Взрослые - СИС: 40 - 270 мм рт. ст. ДИА: 10 - 215 мм рт. ст. СРД: 20 - 235 мм рт. ст. Дети - СИС: 40 - 200 мм рт. ст. ДИА: 10 - 150 мм рт. ст. СРД: 20 - 165 мм рт. ст. Новорожденные - СИС: 40 - 135 мм рт. ст. ДИА: 10 - 100 мм рт. ст. СРД: 20 - 110 мм рт. ст. Диапазон измерения давления в манжете - 0 - 300 мм рт. ст. Максимальная средняя ошибка - не более ± 5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение - не более 8 мм рт. ст. Разрешение - не менее 1 мм рт. ст. Защита от избыточного давления. Взрослые - 297 ± 3 мм рт. ст. Дети - 240 ± 3 мм рт. ст. Новорожденные - 147 ± 3 мм рт. ст.
 Измерение ЧП - наличие. Диапазон измерения 40 - 240 уд/мин. Точность - не более ± 3 уд/мин. SpO₂ - наличие. Диапазон измерений 0 - 100%. Разрешение 1%. Точность Взрослые/дети: 2%. Новорожденные: 3%. Измерение ЧП 25 - 300 уд/мин. Точность - не более ± 2 уд/мин. ИАД
 Метод измерения - инвазивный. Максимальное количество каналов - Не менее 4. Возможность измерения внутричерепного давления - Наличие. Единицы измерения - кПа, мм. рт. ст. Измерение систолического, диастолического и среднего АД - Наличие. Температура - наличие. Способ измерения - резистивный. Количество каналов - Не менее 2. Диапазон измерения - от $+0$ до $+50$ °C. Разрешение - не более 0,1 °C. Абсолютная погрешность измерения $\pm 0,1$ °C.

	Единицы измерения °C, °F. Время обновления - 1-2 сек. Диапазон измерения Артериальное давление - 0 - 300 мм рт. ст. Давление в легочной артерии - 0 - 120 мм рт. ст. Центральное венозное давление - 10 - 40 мм рт. ст. Давление в правом предсердии/давление в левом предсердии - 10 - 40 мм рт. ст. Внутричерепное давление - 10 - 40 мм рт. ст. Давление 1/Давление 2 - 50 - 300 мм рт. ст. Разрешение - не более 1 мм рт. ст. Точность - не более +1 мм рт. ст. Измерение систолического, диастолического и среднего АД - наличие Чувствительность датчика 5мкВ/В/ мм рт. ст. Диапазон балансировки нуля +200 мм.рт.ст. Измерение ЧП20 - 300 уд/мин Разрешение - 1 уд/мин. Точность - +1 удмин МОНИТОР Тип защиты от поражения электрическим током Class I. Степень защиты от поражения электрическим током ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O. - CF. SpO2, NIBP, CO2, AG - BF. Пассивное охлаждение (без вентилятора) - Наличие. Защита и синхронизация при дефибриляции - Наличие. Размер, не более 328 × 158 × 285 мм (Д×Ш×В). Вес (стандартная конфигурация, без батареи), не более 5,5 кг. Экран - Не менее 12 дюймов ЖК, Поддержка сенсорного управления. Поддержка сенсорного управления - Наличие. Разрешение - 800 × 600 пикселей. Отображение кривых - Не менее 11. Режимы отображения информации: - Стандартный - Наличие. - Крупный шрифт - Наличие. - Режим трендов - Наличие. - Режим оксикардиореспираторограммы - Наличие. - Режим удаленного просмотра - Наличие. - Режим отображения жизненных показателей - Наличие. - Ночной режим - Наличие. Вызов медсестры - Наличие. Индикаторы тревоги - Не менее 2. Уровни тревоги - Не менее 3. Хранение данных: Обзор трендов - 1 час при разрешении 1 сек. 120 часов при разрешении 1 мин. Тревог/событий мониторинга до 200. Измерений НИАД - 1200. Аритмий - до 200. Самописец - наличие. - Ширина печати - 48 мм - Скорость печати - 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с			
--	--	--	--	--

	- Количество кривых - 3 Емкость батареи - 4200 mAh. Время работы от полностью заряженной батареи - Не менее 5 часов Поддержка сканера штрих-кодов – Наличие. Сетевой порт передачи данных – Наличие. USB порт – 2. Порт для SD-карт – наличие. VGA порт – наличие. Комплектация: • Кабель ЭКГ на 12-отведений – 1 шт. • Electroды – 10 шт. • Неинвазивный шланг – 1 шт. • Взрослый манжет 27-35 см, многоразовый – 1 шт. • Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель – 1 шт. • Пульсоксиметрический сенсорный датчик – 1 шт. • Встроенный модуль 2-IBP со стандартными принадлежностями: 1 x интерфейсный кабель датчика давления, BD 1 x комплект датчика давления IBP, BD, одноразовый (BD DT-4812) • Адаптер сетевого питания – 1 шт. • Бумага для устройства регистрации данных – 5 рулонов Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: Оборудование должно быть новым. Оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения Республики Казахстан Пуско-наладка, монтаж и установка оборудования в ЛПУ, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, выдача ведомости замеров, доставка до места назначения (г. Караганда ул. Санаторная 22), входит в стоимость оборудования. Паспорт на оборудование (приложить к конкурсной документации) Руководство по эксплуатации (инструкция пользователя) оборудования на русском языке и казахском языке (приложить к конкурсной документации) ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, должны проводится в лечебном учреждении без остановки лечебного процесса, срок исполнения до (60 дней после подписания договора) 2020 года. Гарантийное обслуживание оборудования не			
--	---	--	--	--

		менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			
3	Микротом механический ротационный	Механический ротационный микротом подходит для рутинных гистологических, биологических и производственных задач. Высокая точность и стабильность обеспечивают точное воспроизведение срезов в заливочных образцах из воска и пластика. Описание: • Высокоточная подача образца • Универсальные зажимы для кассет и стандартные зажимы для образцов • Ручной винт может быть зафиксирован на любой позиции или в наивысшем положении. • Двойная система защитного контроля безопасна и удобна. • Адаптирован для специального держателя лезвий – более безопасно и удобно в использовании одноразовых лезвий (хорошая продолжительность и время сервиса) • Аккуратно проворачиваемый ручной винт • Вместительный встроенный контейнер для мусора Технические данные: • Толщина срезов: 0- 60 мкм - Установочные значения : от 0-2 мкм с шагом 0.5 мкм от 2-10 мкм с шагом 1 мкм от 10-20 мкм с шагом 2 мкм от 20-60 мкм с шагом 5 мкм • Горизонтальный ход образца: 28 мм • Вертикальный ход образца: 60мм • Точность: $\pm 5\%$ • Положение образца: 8° по осям X-Y, поворачиваемый на 360° • максимальный размер среза: 50 × 45мм • Габариты с треем (Ш, В, Д) : 300мм (L) X 570мм (W) X 270мм (H) • Вес: 34кг Стандартная комплектация: 1 система, 2 типа зажимов, 1 держатель лезвий (для	комплект	3057449	1

		одноразовыхлезвий), 1 контейнер для отходов, 4 шт. Держателей ткани, 50 шт. кассет, 1 набор одноразовых лезвийРаботы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: Оборудование должно быть новым. Оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения Республики Казахстан Пуско-наладка, монтаж и установка оборудования в ЛПУ, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, выдача ведомости замеров, доставка до места назначения (г. Караганда ул. Санаторная 22), входит в стоимость оборудования. Паспорт на оборудование (приложить к конкурсной документации) Руководство по эксплуатации (инструкция пользователя) оборудования на русском языке и казахском языке (приложить к конкурсной документации) ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, должны проводится в лечебном учреждении без остановки лечебного процесса, срок исполнения до (60 дней после подписания договора) 2020 года.Гарантийное обслуживание оборудования не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.-замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий			
--	--	--	--	--	--

6. Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере осуществлялось по адресу: г.Караганда ул.Санаторная 22.

Процедура вскрытия конвертов начата «25» августа 2020 г., в 12 часов 30 минут.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере потенциальные поставщики не участвовали.

7. Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Мелиор LTD» г. Нур-Султан ул. Желтоксана 38, заявка предоставлена 21.08.2020г. в 09:36 часов подана заявка на лоты: № 1,2;

2. ТОО «Дельрус РК» г. Нур-Султан п. Шынгыс 2/1, заявка предоставлена 21.08.2020г. в 09:36 часов подана заявка на лоты: № 1,2;

3. ТОО «Medprovider» г. Нур-Султан р. Сарыарка, Жилой массив «Көктал», ул. Қайнар, д.30/1 заявка предоставлена 24.08.2020г. в 09:00 часов подана заявка на лот: № 1;

4. ТОО «Локал Фарм» г. Нур-Султан пр. Сарыарка 31/2 ВП-32 11 эт., заявка предоставлена 24.08.2020г. в 09:00 часов подана заявка на лот: № 1.

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок потенциальными поставщиками не имеется.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере:

1) ТОО «Мелюр»

- Предлагаемая цена за единицу на лоты: №1-7 979 927тг., №2-3 499 000тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на 72 стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на 1304 стр.;
- Банковская гарантия на 1 листе;
- Электронный носитель (флэшка).

2) ТОО «Дельрус РК»

- Предлагаемая цена за единицу на лоты: №1-7 979 000тг., №2-3 500 000тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на 104 стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на 1307 стр.;
- Банковская гарантия на 1 листе;
- Электронный носитель (флэшка).

3) ТОО «Medprovider»

- Предлагаемая цена за единицу на лоты: №1-4 200 000тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на 62 стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на 38 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Диск 1шт

4) ТОО «Локал Фарм»





- Предлагаемая цена за единицу на лоты: №1-4 200 000тг.;
- Тендерная документация прошита пронумерована на 62 стр.;
- Техническая спецификация прошита пронумерована на 38 стр.;
- Платежное поручение на 1 листе;
- Диск 1шт



9. На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами тендерная комиссия приняла решение:

1. Провести рассмотрение тендерных заявок со дня вскрытия конвертов до 04 сентября 2020 г. участвующих в тендере на предмет соответствия их требованиям тендерной документацией, и соответствия участников тендера требованиям Правил.
2. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе Ftiziatria.kz.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:		Исмаилов К.О.
Заместитель председателя комиссии:		Шаймерденова А.К.
Члены комиссии:		Пирманова С.У.
		Кутулуцкая Т.В.
		Агибаев А.С.
		Рязанец Д.А.
		Акпанбаева Г.М.
		Шайхлесова А. О.
Секретарь комиссии:		Толубаева Д.Д.