



УТВЕРЖДАЮ
Директор
К.О. Исманлов

Потребность лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов на 2024 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

№ ЛОТ а	Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикал	Шығару формасы /Форма выпуска	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Саны/ Количество	Бірлік үшін бағасы, тенге/Цена за единицу, тенге	Сомасы, тенге/ Сумма, тенге	Жеткізу мерзімі/Срок поставки	Төлем/Оплата	Жеткізу орны/Место поставки *
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинские респираторы, класс защиты FFP3 без клапана	1. Согласно п 171 п 173 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» медицинские изделия, а именно Медицинские респираторы, класс защиты FFP3 без клапана должны соответствовать Национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3963-2023 «Респираторы медицинские класса защиты FFP3. Технические требования». Медицинские респираторы, используемые в очагах особо опасных и карантинных инфекций, в медицинских организациях, в том числе в инфекционных стационарах, физиопульмонологических центрах, станциях скорой медицинской помощи, приемных отделениях urgentных стационаров и фильтров первичной медико-санитарной помощи, а также при работе с микроорганизмами в лабораториях, предназначены для защиты органов дыхания медицинских работников от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. Медицинские респираторы без клапана следует использовать во время хирургических вмешательств у больного туберкулезом или с подозрением на контактиозный туберкулез. 2. Респираторы должны задерживать не менее 97% воздушных примесей размером от 0,3-0,4 мкр и крупнее. Респираторы должны плотно прилегать к контуру лица, предотвращая просачивание нефильтрованного воздуха. Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены, при условии исключения повторного использования. Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение) и соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия) на территории РК, выданные уполномоченным государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, должны представить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом в области применения. В соответствии с СТ РК 3963-2023 участники конкурса должны предоставить протоколы лабораторных испытаний аккредитованных организаций: 1) на определение устойчивости к проникновению синтетической крови (брызгоустойчивости) – медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей при давлении; 2) на определение микробиологической чистоты (бионагрузки) – отсутствие популяций жизнеспособных микроорганизмов на респираторе; 3) на определение эффективности бактериальной фильтрации – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения бактерий; 4) на определение эффективности фильтрации твердых латексных частиц материалов – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения вирусов. По итогам конкурса потенциальный поставщик должен обеспечить проведение проверки качества подгонки представленных медицинских респираторов, обеспечивающих плотное прилегание к лицу всего персонала посредством фит-теста, за счет собственных средств. Потенциальному поставщику необходимо представить гарантийное письмо на возможность обеспечения проведения проверки качества подгонки, представленных респираторов.	штука	20 000	1200	24000000	по заявке заказчика 2024	оплата по мере выделения финансовых средств	Карагандинская область, г.Караганда, Санаторная, 22
	ИТОГО					24000000			