

Объявление о проведении закупа медицинских изделий и лекарственных средств способом проведения тендера №1 от «10» январь 2025 года

Организатор закупа: КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО, г. Караганда, ул. Санаторная, д.22 БИН 950440001475 БИК КСЖВКЗКХ, ИИК KZ768562203101809516 АО «Банк Центр Кредит» объявляет о проведении закупа способом тендера следующих лекарственных средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг:

№	Атауы Наименование	Жеткізу/көрсету, орындау мерзімі Срок оказания, Выполнения, поставки	Единица измерения	Саны Кол-во	Цена	Жоспарланған сомасы Запланированная сумма
1	Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте с принадлежностями	90 календарных дней	комплект	1	17 000 000	17 000 000
2	Стерилизатор озоновый 85л	30 календарных дней	комплект	1	11 882 930	11 882 930
	Всего					28 882 930

Место поставки: КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО г. Караганда, ул. Санаторная, 22

Срок поставки: согласно приложения к тендерной документации № 1 и 2.

2) Товар должен быть поставлен до склада КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО, г. Караганда, ул. Санаторная, 22.

3) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: г. Караганда, ул. Санаторная, д.22, кабинет государственных закупок (2 этаж) с 9:00 до 17:00 часов или на веб-сайте: www.ftiziatriya.kz и по электронной почте: ftiziatriya@yandex.kz до 17:00 часов «19» 01 2025 года.

5) Место предоставления (приема) тендерной заявки с 09:00 часов «10» 202__ года, по адресу г. Караганда, ул. Санаторная, д.22, государственных закупок (2 этаж), до 12:00 часов «30» 01 2025 года.

6) Вскрытие конвертов с тендерными заявками будет происходить в 12:30 часов «30» 01 2025 года по адресу г. Караганда, ул. Санаторная, д.22, государственных закупок (2 этаж).

Состав тендерной комиссии по определению победителей тендера по закупкам медицинских изделий и лекарственных средств.

Председатель комиссии:		
1	Исмаилов К.О.	директор, председатель
Члены комиссии:		
1	Голубцова Т.В	руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок
2	Рязанец Д.А.	Заведующая отдела лекарственного обеспечения
Секретариат:		
1	Толеубаева Д.Д.	специалист по государственным закупкам

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:

8(7212)41-76-36, 41-74-80, 41-76-95

Директор

Руководитель ОПО и ГЗ



Исмаилов К.О.

Голубцова Т.В

Потребность, лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов на 2025 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

№ ЛОУ а	Сатып алынылатын даярлык, жеткізілетін медициналық	Шығару формасы /форма выпуска	4	5	6	7	8	9	10
			Еңгізілетін бірлік/Единица измерения	Саны/Количество	Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге	Сомасы, теңге/Сумма, тенге	Жеткізу мерзімі/Срок поставки	Төлем/Оплата	Жеткізу орны/Место поставки *
1	Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте с принадлежностями	Техническая спецификация 1. Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в легких комплектах с принадлежностями) 2. Наименование МТ, относящееся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте с принадлежностями 3. Требования к комплектации № 1/п/п Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) (Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 1. Основные комплектующие Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте с принадлежностями. Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных (при наличии опции) в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутриаппаратной транспортировки. Основные характеристики: Вентилятор: электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Тип смесигеля: Электронный. Точность работы смесигеля (относительная погрешность), % от заданного значения скорости потока. Номинальная скорость потока не менее 210 л/мин. Максимальная скорость потока не менее 240 л/мин. Возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода 1,5 атмосферы. Электронное от сети переменного тока 100-240В, 50 Гц, а также от источника постоянного тока 12 В, 1,5 А. При отсутствии напряжения в сети переход на работу от встроенного аккумулятора. Время работы от встроенного аккумулятора (при полном заряде аккумулятора): максимальное время 360 мин. Минимальное время 120 мин. Жидкокристаллический сенсорный дисплей. Возможность регулировки угла обзора (поворот по горизонтальной). Диаметр ЖК-дисплея не менее 12,1 дюйма, разрешение не менее 1280х800 пикс. Доступ ко всем функциям через сенсорный экран. Интерфейс пользователя: Одновременное отображение на экране сведений о	комплект	1	17 000 000,00	17 000 000,00	90 календарных дней	оплата по мере выделения финансовых средств	Казахстанская область, г. Караганда, Санаторная, 22
2	Стерилизатор озоновый 85л	Техническая спецификация № п/п Критерии Описание 1. Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) Стерилизатор озоновый 85л 2. Требования к комплектации № 1/п/п Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 1. Основные комплектующие Основной блок Дополнительные комплектующие: 1. Озонатор Озонатор Низкотемпературный режим позволяет подвергать стерилизации термо-нестойчивые изделия и материалы. Короткие сроки полной цикла стерилизации для -85 д. Мобильность, обеспечиваемая малым весом и отсутствием необходимости подключения установки к кислородной сети медицинского учреждения. Стерилизация оптических деталей, изделий из полимеров и стекла. Не требует атаки, не обладает токсичностью. Шадящее воздействие на инструмент в результате отсутствия высокого давления и высоких температур в камере. Прозрачность камеры позволяет наблюдать закладку инструмента и изменение в рамках рабочей смены операции. Максимальная безопасность для персонала, абсолютной герметичностью и простотой в эксплуатации.	комплект	1	11 882 930,00	11 882 930,00	30 календарных дней	оплата по мере выделения финансовых средств	Казахстанская область, г. Караганда, Санаторная, 22



К.О. Исмаилов